DICTAMEN DE EVALUACIÓN

13/2025

Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 119/2025

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo de contratación directa: Por monto

Expediente: EXP 316/2025

Objeto de la contratación: Adquisición de balanza analítica para el Laboratorio Central

FUNCIONARIOS INTERVINIENTES

Apellido	Nombre	Dependencia
ORLANDO	RAUL	Departamento de Laboratorio
REPETTO	ESTEBAN	Dirección de Laboratorio
OJEDA	CLAUDIA	Dirección de Laboratorio

La comisión evaluadora aconseja:

OFERENTES ADMISIBLES

Oferente	Akribis S.R.L. - 30-70851097-8
Fundamento	
Rubros	

Monto total por oferente aconsejado: 0

Oferente	GIL WALTER PABLO - 20-23424572-5
Fundamento	
Rubros	LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA

Monto total por oferente aconsejado: 0

Oferente	JENCK S.A. - 30-63288438-5
Fundamento	
Rubros	LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA

Monto total por oferente aconsejado: $ 3.059.916,00

Oferente	ONE LAB SOLUTIONS S.A. - 30-71494691-5
Fundamento	
Rubros	LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA

Monto total por oferente aconsejado: 0

Monto total aconsejado para la adjudicación: $ 3.059.916,00

Renglón	Descripción
1	Balanza analítica digital - Capacidad máxima de aproximadamente 210 g. - Resolución de 0.0001 g. - Tara hasta capacidad máxima aproximadamente 210 g. - Dispondrá de un indicador dinámico de capacidad, permitiendo una visualización rápida de la capacidad remanente. - Dispondrá de un algoritmo para compensación de temperatura en tiempo real sin necesidad de recalibrar la balanza por cambios de la temperatura ambiente. - Tiempo de estabilización menor a 5 segundos. - Deberá confirmar mediante una señal en el display la estabilidad en la lectura. - Velocidad de pesada seleccionable por el usuario a través de filtros. - Cámara vidriada con tres puertas de acceso (laterales y superior) - Plato de pesada construido en acero inoxidable. - Contará con una traba del sensor de pesada para prevenir daños en el mismo durante el transporte. - Incluirá en forma standard una interfase RS-232C. - Fabricada bajo sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9002. - Compatibilidad GLP/ GMP. Utilizando una computadora o teclado externo para entrada

	de datos (opcional) y una impresora (opcional), se podrán obtener reportes GLP/GMP y/o reporte de ensayo de calibración para cumplimiento de normas ISO. - Deberá incluir funda. - Alimentación con 220 VCA mediante adaptador externo, evitando la generación de calor dentro de la balanza.

Orden de mérito	1
Oferente	JENCK S.A. - 30-63288438-5
Fundamento	ADMISIBLE Por menor precio
Observaciones	
Tipo oferta	Principal
Cantidad	1,00
Precio unitario	$ 3.059.916,00
Unidad de medida	UNIDAD
Monto total	$ 3.059.916,00

Orden de mérito	2
Oferente	ONE LAB SOLUTIONS S.A. - 30-71494691-5
Fundamento	ADMISIBLE Por menor precio
Observaciones	
Tipo oferta	Principal
Cantidad	1,00
Precio unitario	$ 3.580.200,00
Unidad de medida	UNIDAD
Monto total	$ 3.580.200,00

Orden de mérito	3
Oferente	GIL WALTER PABLO - 20-23424572-5
Fundamento	ADMISIBLE Por menor precio
Observaciones	
Tipo oferta	Principal
Cantidad	1,00
Precio unitario	$ 4.045.860,00
Unidad de medida	UNIDAD
Monto total	$ 4.045.860,00

Orden de mérito	4
Oferente	Akribis S.R.L. - 30-70851097-8
Fundamento	ADMISIBLE Por menor precio
Observaciones	
Tipo oferta	Principal
Cantidad	1,00
Precio unitario	$ 4.836.700,00
Unidad de medida	UNIDAD
Monto total	$ 4.836.700,00